

Włocławek, 05 lutego 2016r.

ERS.ZSS.0003.2.2016

SEKRETARIA I
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

Pan
Jarosław Chmielewski
Radny Miasta Włocławek

2016 02 09 Nr


1542/02/2016
140-12558

Odpowiadając na Pana interpelację wniesioną podczas obrad XV sesji Rady Miasta Włocławek dotyczącą możliwości wykorzystania infrastruktury MZOZ Sp. z o. o do ulokowania na terenie przychodni lekarskich miejsc, w których będzie możliwość doładowania akumulatorów wózków, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne, informuję iż MZOZ Sp. z o. o we Włocławku zwrócił się bezpośrednio do producenta takich urządzeń o udzielenie niezbędnych informacji związanych z realizacją wspomnianego wyżej zadania.

Z informacji uzyskanych od MZOZ Sp. z o. o wynika, iż nie ma żadnych przeciwwskazań by najbardziej popularny na rynku typ akumulatorów (akumulatory żelowe), w jaki wyposażone są pojazdy wykorzystywane przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej były ładowane bezpośrednio z gniazdek elektrycznych znajdujących się w Przychodniach MZOZ Sp. z o. o. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż producenci wózków rehabilitacyjnych w zaleceniach technicznych instrukcji użytkownika wskazują szereg zasad mających na celu długotrwałą żywotność i bezawaryjność sprzętu. W kwestii tej zalecają:

- przestrzegać naładowania akumulatora w pełnym cyklu, nieprzerwanie przez ok. 5 godzin,
- użytkownik przed korzystaniem ze sprzętu winien sprawdzić poziom naładowanego akumulatora i nie powinien doprowadzić do jego całkowitego rozładowania podczas eksploatacji.

Jednocześnie informuję, że według Prezesa MZOZ Sp. z o. o zapewniona jest możliwość skorzystania z doładowania baterii akumulatorowych. Nadmienić jednak należy, że zgodnie ze wskazaniami producentów sprzętu rehabilitacyjnego, brak zachowania wyżej wskazanych zaleceń może skutkować uszkodzeniem akumulatora w wózku rehabilitacyjnym.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. ERS. ZSS-a/a
3. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr (2 egz.)

MM